GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CAMERA TERMOVUOTO DI VOLUME UTILE SUPERIORE A 1300 LITRI PRESSO IL LABORATORIO SERMS DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA.

CIG: A01D502A69 CUP: J63C22000900001 CUI: F00448820548202300026

QUESITO n. 3

In riferimento al capitolato speciale d'appalto, a pag.6 è riportato:
Uniformità nel tempo della temperatura in fase di stabilizzazione entro 1 °C
Uniformità spaziale della temperatura sullo shroud entro 3 °C

Nella tabella delle caratteristiche tecniche invece è riportato:
Uniformità nel tempo della temperatura in fase di stabilizzazione +/- 1°C
Uniformità della temperatura sullo shroud e Thermal plate +/- 3°C

Quali valori dobbiamo considerare come corretti?

RISPOSTE:

I valori corretti sono quelli riportati nella tabella delle caratteristiche tecniche (nell' Allegato "B" – procedura di gara - del Capitolato speciale di appalto):
Uniformità nel tempo della temperatura in fase di stabilizzazione +/- 1°C
Uniformità della temperatura sullo shroud e Thermal plate +/- 3°C