

Procedura negoziata volta alla stipula di un accordo quadro con quattro operatori economici per la fornitura centralizzata biennale di prodotti in plastica per le esigenze dei laboratori dell'Università degli Studi di Perugia.

CIG: 91944647B7

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 16

QUESITO:

Riga 139 "MEMBRANE da dialisi 3.5 Kda, 10 m": per poter proporre l'articolo corretto abbiamo bisogno di sapere il diametro della membrana

Riga 249 "TAPPI IN PLASTICA per i tubi porta filo di platino" : è possibile avere maggiori informazioni su questo prodotto ? Avete un'immagine o il codice di riferimento della ditta produttrice ?

RISPOSTA:

riga 139: "*MEMBRANE da dialisi 3.5 Kda, 10 m*" il diametro della membrana è 22 mm

riga 249: relativamente al prodotto "*tappi in plastica per i tubi porta filo di platino*" si possono fornire le seguenti informazioni: Diametro esterno 16 mm; diametro interno 14 mm.