

Procedura negoziata, ex art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n.76/2020 e smi, per la stipula di un accordo quadro con quattro operatori economici per la fornitura centralizzata biennale di materiale sanitario monouso per le esigenze dei laboratori dell'Università degli Studi di Perugia. CIG: 98675900DF

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1

QUESITO:

Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- Voce 84: l' Ago prelievo 20 g viene richiesto a farfalla o per siringa?
- Voce 85: l' Ago prelievo 21 g viene richiesto a farfalla o per siringa?
- Voce 88: i calzari sono accettati in tyvek o in tychem?
- Voce 91: sono accettati calzari in polietilene?
- Voce 123: si chiede di indicare il materiale della membrana e il diametro del filtro
- Voce 124: si chiede di indicare il materiale della membrana e il diametro del filtro
- Voce 125: si chiede di indicare il materiale della membrana e il diametro del filtro
- Voce 139: si chiede di indicare le misure delle lame
- Voce 140: sono accettati manicotti in polietilene?
- Voce 150: la piastra deve avere anche le transwell (inseriti a membrana) o è sufficiente offrire solo la piastra a 6 pozzetti?
- Voce 151: la piastra deve avere anche le transwell (inseriti a membrana) o è sufficiente offrire solo la piastra a 24 pozzetti?

RISPOSTA:

- Voce 84: Si intende il doppio ago per provetta
- Voce 85: Si intende il doppio ago per provetta
- Voce 88: No
- Voce 91: No
- Voce 123: diametro 25 mm, il materiale del filtro è poliammide e polipropilene
- Voce 124: diametro 25 mm, il materiale del filtro è poliammide e polipropilene
- Voce 125: diametro 25 mm, il materiale del filtro è poliammide e polipropilene
- Voce 139: lame per bisturi: per manico piccolo n. 3 – misure 10 – 11 – 15; per manico grande n. 4 – misure 21 – 22 - 23
- Voce 140: sì, sono accettati manicotti in polietilene
- Voce 150: la piastra deve avere anche il transwell
- Voce 151: la piastra deve avere anche il transwell